

การสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือ

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700 โทร. 02-885-5801-2 โทรสาร.02-885-5803

Calibration Report

A9-2021

Sound Level Meter Model 6236

Instrument : Sound level Meter

Manufacturer : ACO Co.,LTD.

Date of Calibration : 9, March 2021

Dued Date of Calibrate : 9 - 12, March 2021

Calibrator

Instrument : Sound Calibrator

Manufacturer : Tenmars Electronics Co.,LTD.

Model : TM-100

Serial No. : 070502671

Range of Calibrator

Sound Pressure Level : 94.0 , 114 dB

Frequency : 1000 \pm 1 %

Calibration Report

No.	Serial No.	Before Adjust	After Adjust	Inspection Result
1	090174	93.9	94.0	Pass
2	090160	94.3	94.0	Pass
3	090166	93.5	94.0	Pass

Calibrated

ยงชภูมิ
(Mr.Yuttapoom Pandee)



Approved

Artit
(Mr.Artit PonsongCram)

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700 โทร. 02-885-5801-2 โทรสาร.02-885-5803

High Volume Air Sampler Calibration Report A9-2021

Calibration Method


Calibration Data				
High Volume Air Sampler Data		Calibration Data		
Recorder No.	Blower No.	Date	Actual Flowrate	R ²
1	18	09/03/2021	$y = 26.53x + 5.2398$	0.9980
2	5	09/03/2021	$y = 26.806x + 4.9025$	0.9970
3	12	09/03/2021	$y = 26.744x + 5.0032$	0.9977
4	14	09/03/2021	$y = 27.015x + 4.7685$	0.9981
5	10	09/03/2021	$y = 27.015x + 4.7048$	0.9993
6	7	09/03/2021	$y = 27.543x + 3.9547$	0.9975

Calibrated by


(Mr.Yuttapoom Pandee)



Approved by


(Mr.Artit PonsongCram)