

การสอบเทียบเครื่องมือหลักที่ใช้ในการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

ชนิดของมลพิษ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	เครื่องมือ	รุ่น	หมายเลขเครื่องมือ	ความถี่ในการสอบเทียบ	การสอบเทียบครั้งล่าสุด	ผลการสอบเทียบ
คุณภาพอากาศใน บรรยากาศ	1. TSP	- Gravimetric	1. Analytical Balance	XS205DU	B344940005	1 ครั้ง / ปี (EC)	19 Nov 63	PASS
			2. Hot air oven	UFE 500	g.511.0182	1 ครั้ง / ปี (EC)	10 Feb 64	PASS
			3. High Volume	-	-	on site cal.	-	-
	2. SO ₂	- UV-Fluorescence	1. SO ₂ Analyzer	API./M100E	3220	1 ครั้ง / ปี (IC)	13 Jan 64	PASS
			2. Standard SO ₂ gas	EPA Protocal gas	CC159599	ตามอายุแก๊ส	-	PASS
	3. NO ₂	- Chemiluminescenec	1. NO ₂ Analyzer	API./T200	2004	1 ครั้ง / ปี (IC)	21 Jan 64	PASS
			2. Standard NO ₂ gas	EPA Protocal gas	CC159599	ตามอายุแก๊ส	-	PASS
คุณภาพน้ำ	1. BOD ₅	- 5-Day BOD Test, Membrane Electrode	1. Analytical Balance	XS205DU	1126323724	1 ครั้ง / ปี (EC)	13 Aug 63	PASS
	2. COD	- Close Reflux, Titrimetric	2. Hot air oven	UF110	B418.1243	1 ครั้ง / ปี (EC)	24 Mar 64	PASS
	3. DS	- Dried at 103-105 ˚C	3. Standard Weight	Class F1	-	1 ครั้ง / 3 ปี (EC)	3 Jun 62	PASS
	4. Grease & Oil	- Partition Gravimetric						
	5. SS	- Dried at 103-105 ˚C						
	6. TKN	- Macro-Kjeldahl						
	7. Salinity	- Electrical Conductivity						
	8. DO	- Membrane Electrode / Azide modification						
	9. Total Coliform Bacteria	- MPN Test						
	10. Conductivity	- Laboratory	Conductivity Meter	SevenCompact S230	B744909989	1 ครั้ง / ปี (EC)	21 Oct 63	PASS
	11. pH	- Electrometric	1. pH Meter	SevenCompact S220	B835349235	1 ครั้ง / ปี (EC)	21 Oct 63	PASS
	12. Phosphorus	- Ascorbic Acid	1. Spectrophotometer	UV-1800	A11635101643	1 ครั้ง / ปี (EC)	24 May 64	PASS
			2. Analytical Balance	XS205DU	B344940005	1 ครั้ง / ปี (EC)	19 Nov 63	PASS
	13. Temperature	- Certified Thermometer	Liquid in Glass Thermometer	L-26004	R-TM01/54	1 ครั้ง / ปี (EC)	4 Nov 63	PASS

Remark

EC = External Calibration (สอบเทียบ โดย หน่วยงานภายนอก)
IC = Internal Calibration (สอบเทียบ โดย หน่วยงานภายใน)
ES = External Sevice (บำรุงรักษา โดย หน่วยงานภายนอก)
พารามิเตอร์อื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงบางพารามิเตอร์เป็นงานทดสอบพื้นฐานที่ใช้อุปกรณ์เครื่องแก้วและ/หรือมีการสอบเทียบภายในก่อนการใช้งานในขั้นตอนการทำงานเป็นการเฉพาะ