

เอกสารสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือ

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ถนนเจริญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700 โทร. 02-885-5801-2 โทรสาร.02-885-5803

Calibration Report

A33-2021

Sound Level Meter Model BSWA309

Instrument : Sound level Meter

Manufacturer : bswa-tech.com

Date of Calibration : 20, April 2021

Dued Date of Calibrate : 20 - 23, April 2021

Calibrator

Instrument : Sound Calibrator

Manufacturer : Delta OHM srl

Model : HD-2020

Serial No. : 17021323

Range of Calibrator

Sound Pressure Level : 94.0 , 114 dB

Frequency : 1000 \pm 1 %

Calibration Report

No.	Serial No.	Before Adjust	After Adjust	Inspection Result
1	090164	94.2	94.0	Pass
2	090176	93.8	94.0	Pass
3	090160	93.6	94.0	Pass
4	090162	94.1	94.0	Pass
5	090172	93.8	94.0	Pass
6	090170	93.5	94.0	Pass

Calibrated by

.....
.....

(Mr.Yuttapoom Pandee)



Approved by

.....
.....

(Mr.Artit PonsongCram)

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700 โทร. 02-885-5801-2 โทรสาร.02-885-5803

High Volume Air Sampler Calibration Report


A33-2021

Calibration Method

Calibration Data

High Volume Air Sampler Data		Calibration Data		
Recorder No.	Blower No.	Date	Actual Flowrate	R ²
1	2	20/04/2021	$y = 27.658x + 3.6974$	0.9994
2	7	20/04/2021	$y = 27.883x + 3.4465$	0.9976
3	18	20/04/2021	$y = 27.101x + 4.2495$	0.9984
4	8	20/04/2021	$y = 27.543x + 3.9547$	0.9976
5	12	20/04/2021	$y = 26.132x + 5.6197$	1.0000
6	14	20/04/2021	$y = 26.53x + 5.2398$	0.9980
7	10	20/04/2021	$y = 26.744x + 5.0032$	0.9977
8	5	20/04/2021	$y = 27.015x + 4.7048$	0.9993
9	3	20/04/2021	$y = 27.479x + 3.823$	0.9980
10	1	20/04/2021	$y = 26.63x + 4.464$	0.9973
11	6	20/04/2021	$y = 26.136x + 4.9818$	0.9967
12	9	20/04/2021	$y = 27.737x + 3.304$	0.9923


Calibrated by



(Mr.Yuttapoom Pandee)



Approved by



(Mr.Artit PonsongCram)